

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 28/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 28/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%Cr	%Al	%Ti	%Ca
0,157*		74,26	0,0309		1,29		
0,195*		74,31	0,0345		1,34		
0,228	0,413	74,35	0,0350		1,40		
0,228	0,484	74,89	0,0358		1,40	0,121	0,373
0,228	0,484	74,96	0,0364	0,114	1,41	0,133	0,419
0,232	0,498	75,38	0,0366	0,116	1,42	0,136	0,423
0,235	0,515	75,41	0,0374	0,122	1,49	0,139	0,436
0,238	0,519	75,52	0,0388	0,128	1,52	0,146	0,442
0,240	0,527	76,24	0,0415	0,130	1,60	0,149	0,442
0,241	0,535	76,26	0,0421	0,179*	1,61	0,151	0,464
0,259*	0,550	76,58	0,0426		1,63		0,489
	0,597	76,72			1,64		
					1,67		

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
 laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

| reference value - see Annex 3
 vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier

| $Z_{PT} > 2$

laboratorní výsledek vyloučen jako odlehly

Z-scoring see Annex 2

| $Z_{PT} > 2$

Z-scoring viz. Příloha 2

[] laboratory result of the participant having the code below
 laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 1

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 28/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 28/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%Cr	%Al	%Ti	%Ca
0,157*		74,26 74,31	0,0309 0,0345		1,29 1,34		
0,195*		74,35	0,0350		1,40		
0,228	0,413	74,89	0,0358		1,40	0,121	0,373
0,228	0,484	74,96	0,0364	0,114	1,41	0,133	0,419
0,232	0,498	75,38	0,0366	0,116	1,42	0,136	0,423
0,235	0,515	75,41	0,0374	0,122	1,49	0,139	0,436
0,238	0,519	75,52	0,0388	0,128	1,52	0,146	0,442
0,240	0,527	76,24	0,0415	0,130	1,60	0,149	0,442
0,241	0,535	76,26	0,0421	0,179*	1,61	0,151	0,464
0,259*	0,550	76,58	0,0426		1,63		0,489
	0,597	76,72			1,64		
					1,67		

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
 laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

| reference value - see Annex 3
 vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
 laboratorní výsledek vyloučen jako odlehly

| $|Z_{PT}| > 2$
 Z-scoring see Annex 2
 | $|Z_{PT}| > 2$
 Z-scoring viz. Příloha 2

 laboratory result of the participant having the code below
 laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 2

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 28/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 28/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%Cr	%Al	%Ti	%Ca
0,157*		74,26	0,0309		1,29		
0,195*		74,31	0,0345		1,34		
		74,35	0,0350		1,40		
0,228	0,413	74,89	0,0358		1,40	0,121	0,373
0,228	0,484	74,96	0,0364	0,114	1,41	0,133	0,419
0,232	0,498	75,38	0,0366	0,116	1,42	0,136	0,423
0,235	0,515	75,41	0,0374	0,122	1,49	0,139	0,436
0,238	0,519	75,52	0,0388	0,128	1,52	0,146	0,442
0,240	0,527	76,24	0,0415	0,130	1,60	0,149	0,442
0,241	0,535	76,26	0,0421	0,179*	1,61	0,151	0,464
0,259*	0,550	76,58	0,0426		1,63		0,489
	0,597	76,72			1,64		
					1,67		

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
 laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

| light green | reference value - see Annex 3
 vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
 laboratorní výsledek vyloučen jako odlehly

| pink | $|Z_{PT}| > 2$
 Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
 Z-scoring viz. Příloha 2

[] laboratory result of the participant having the code below
 laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 3

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 28/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 28/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%Cr	%Al	%Ti	%Ca
0,157*		74,26	0,0309		1,29		
0,195*		74,31	0,0345		1,34		
0,228	0,413	74,35	0,0350		1,40		
0,228	0,484	74,89	0,0358		1,40	0,121	0,373
0,228	0,484	74,96	0,0364	0,114	1,41	0,133	0,419
0,232	0,498	75,38	0,0366	0,116	1,42	0,136	0,423
0,235	0,515	75,41	0,0374	0,122	1,49	0,139	0,436
0,238	0,519	75,52	0,0388	0,128	1,52	0,146	0,442
0,240	0,527	76,24	0,0415	0,130	1,60	0,149	0,442
0,241	0,535	76,26	0,0421	0,179*	1,61	0,151	0,464
0,259*	0,550	76,58	0,0426		1,63		0,489
		0,597	76,72		1,64		
					1,67		

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
 laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

| reference value - see Annex 3
 vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
 laboratorní výsledek vyloučen jako odlehly

| $|Z_{PT}| > 2$
 Z-scoring see Annex 2
 | $|Z_{PT}| > 2$
 Z-scoring viz. Příloha 2

 laboratory result of the participant having the code below
 laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 4

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 28/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 28/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%Cr	%Al	%Ti	%Ca
0,157*		74,26	0,0309		1,29		
0,195*		74,31	0,0345		1,34		
0,228	0,413	74,35	0,0350		1,40		
0,228	0,484	74,89	0,0358		1,40	0,121	0,373
0,228	0,484	74,96	0,0364	0,114	1,41	0,133	0,419
0,232	0,498	75,38	0,0366	0,116	1,42	0,136	0,423
0,235	0,515	75,41	0,0374	0,122	1,49	0,139	0,436
0,238	0,519	75,52	0,0388	0,128	1,52	0,146	0,442
0,240	0,527	76,24	0,0415	0,130	1,60	0,149	0,442
0,241	0,535	76,26	0,0421	0,179*	1,61	0,151	0,464
0,259*	0,550	76,58	0,0426		1,63		
	0,597	76,72			1,64		
					1,67		

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
 laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

| reference value - see Annex 3
 vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
 laboratorní výsledek vyloučen jako odlehly

| $|Z_{PT}| > 2$
 Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
 Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
 laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným nize

Participant's code - Kód účastníka: 5

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 28/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 28/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%Cr	%Al	%Ti	%Ca
0,157*		74,26	0,0309		1,29		
0,195*		74,31	0,0345		1,34		
0,228	0,413	74,35	0,0350		1,40		
0,228	0,484	74,89	0,0358		1,40	0,121	0,373
0,228	0,484	74,96	0,0364	0,114	1,41	0,133	0,419
0,232	0,498	75,38	0,0366	0,116	1,42	0,136	0,423
0,235	0,515	75,41	0,0374	0,122	1,49	0,139	0,436
0,238	0,519	75,52	0,0388	0,128	1,52	0,146	0,442
0,240	0,527	76,24	0,0415	0,130	1,60	0,149	0,442
0,241	0,535	76,26	0,0421	0,179*	1,61	0,151	0,464
0,259*	0,550	76,58	0,0426		1,63		0,489
	0,597	76,72			1,64		
					1,67		

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
 laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

| reference value - see Annex 3
 vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
 laboratorní výsledek vyloučen jako odlehly

| $|Z_{PT}| > 2$
 Z-scoring see Annex 2
 | $|Z_{PT}| > 2$
 Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
 laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 6

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 28/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 28/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%Cr	%Al	%Ti	%Ca
0,157*		74,26 74,31	0,0309 0,0345		1,29 1,34		
0,195*		74,35	0,0350		1,40		
0,228	0,413	74,89	0,0358		1,40	0,121	0,373
0,228	0,484	74,96	0,0364	0,114	1,41	0,133	0,419
0,232	0,498	75,38	0,0366	0,116	1,42	0,136	0,423
0,235	0,515	75,41	0,0374	0,122	1,49	0,139	0,436
0,238	0,519	75,52	0,0388	0,128	1,52	0,146	0,442
0,240	0,527	76,24	0,0415	0,130	1,60	0,149	0,442
0,241	0,535	76,26	0,0421	0,179*	1,61	0,151	0,464
0,259*	0,550	76,58	0,0426		1,63		0,489
		0,597			1,64		
					1,67		

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
 laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

| reference value - see Annex 3
 vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
 laboratorní výsledek vyloučen jako odlehly

| $|Z_{PT}| > 2$
 Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
 Z-scoring viz. Příloha 2

 laboratory result of the participant having the code below
 laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 7

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 28/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 28/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%Cr	%Al	%Ti	%Ca
0,157*		74,26	0,0309		1,29		
0,195*		74,31	0,0345		1,34		
0,228	0,413	74,35	0,0350		1,40		
0,228	0,484	74,89	0,0358		1,40	0,121	0,373
0,228	0,484	74,96	0,0364	0,114	1,41	0,133	0,419
0,232	0,498	75,38	0,0366	0,116	1,42	0,136	0,423
0,235	0,515	75,41	0,0374	0,122	1,49	0,139	0,436
0,238	0,519	75,52	0,0388	0,128	1,52	0,146	0,442
0,240	0,527	76,24	0,0415	0,130	1,60	0,149	0,442
0,241	0,535	76,26	0,0421	0,179*	1,61	0,151	0,464
0,259*	0,550	76,58	0,0426		1,63		0,489
	0,597	76,72			1,64		
					1,67		

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
 laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

| reference value - see Annex 3
 vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
 laboratorní výsledek vyloučen jako odlehly

| $|Z_{PT}| > 2$
 Z-scoring see Annex 2
 | $|Z_{PT}| > 2$
 Z-scoring viz. Příloha 2

 laboratory result of the participant having the code below
 laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 8

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 28/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 28/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%Cr	%Al	%Ti	%Ca
0,157*		74,26	0,0309		1,29		
0,195*		74,31	0,0345		1,34		
		74,35	0,0350		1,40		
0,228	0,413	74,89	0,0358		1,40	0,121	0,373
0,228	0,484	74,96	0,0364	0,114	1,41	0,133	0,419
0,232	0,498	75,38	0,0366	0,116	1,42	0,136	0,423
0,235	0,515	75,41	0,0374	0,122	1,49	0,139	0,436
0,238	0,519	75,52	0,0388	0,128	1,52	0,146	0,442
0,240	0,527	76,24	0,0415	0,130	1,60	0,149	0,442
0,241	0,535	76,26	0,0421	0,179*	1,61	0,151	0,464
0,259*	0,550	76,58	0,0426		1,63		0,489
	0,597	76,72			1,64		
					1,67		

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
 laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

| reference value - see Annex 3
 vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
 laboratorní výsledek vyloučen jako odlehly

| $Z_{PT} > 2$
 Z-scoring see Annex 2
 | $Z_{PT} > 2$
 Z-scoring viz. Příloha 2

 laboratory result of the participant having the code below
 laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 9

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 28/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 28/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%Cr	%Al	%Ti	%Ca
		74,26	0,0309		1,29		
0,157*		74,31	0,0345		1,34		
0,195*		74,35	0,0350		1,40		
0,228	0,413	74,89	0,0358		1,40	0,121	0,373
0,228	0,484	74,96	0,0364	0,114	1,41	0,133	0,419
0,232	0,498	75,38	0,0366	0,116	1,42	0,136	0,423
0,235	0,515	75,41	0,0374	0,122	1,49	0,139	0,436
0,238	0,519	75,52	0,0388	0,128	1,52	0,146	0,442
0,240	0,527	76,24	0,0415	0,130	1,60	0,149	0,442
0,241	0,535	76,26	0,0421	0,179*	1,61	0,151	0,464
0,259*	0,550	76,58	0,0426		1,63		0,489
	0,597	76,72			1,64		
					1,67		

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
 laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

| reference value - see Annex 3
 vztážná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier

| $Z_{PT} > 2$

laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

Z-scoring see Annex 2

| $Z_{PT} > 2$

Z-scoring viz. Příloha 2

[] laboratory result of the participant having the code below
 laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 10

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 28/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 28/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%Cr	%Al	%Ti	%Ca
0,157*		74,26	0,0309		1,29		
0,195*		74,31	0,0345		1,34		
0,228	0,413	74,35	0,0350		1,40		
0,228		74,89	0,0358		1,40	0,121	0,373
0,228	0,484	74,96	0,0364	0,114	1,41	0,133	0,419
0,232	0,498	75,38	0,0366	0,116	1,42	0,136	0,423
0,235	0,515	75,41	0,0374	0,122	1,49	0,139	0,436
0,238	0,519	75,52	0,0388	0,128	1,52	0,146	0,442
0,240	0,527	76,24	0,0415	0,130	1,60	0,149	0,442
0,241	0,535	76,26	0,0421	0,179*	1,61	0,151	0,464
0,259*	0,550	76,58	0,0426		1,63		0,489
	0,597	76,72			1,64		
					1,67		

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
 laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

| reference value - see Annex 3
 vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
 laboratorní výsledek vyloučen jako odlehly

| $|Z_{PT}| > 2$
 Z-scoring see Annex 2
 | $|Z_{PT}| > 2$
 Z-scoring viz. Příloha 2

 laboratory result of the participant having the code below
 laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 11

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 28/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 28/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%Cr	%Al	%Ti	%Ca
0,157*		74,26	0,0309		1,29		
0,195*		74,31	0,0345		1,34		
0,228	0,413	74,35	0,0350		1,40		
0,228	0,484	74,89	0,0358		1,40	0,121	0,373
0,228	0,484	74,96	0,0364	0,114	1,41	0,133	0,419
0,232	0,498	75,38	0,0366	0,116	1,42	0,136	0,423
0,235	0,515	75,41	0,0374	0,122	1,49	0,139	0,436
0,238	0,519	75,52	0,0388	0,128	1,52	0,146	0,442
0,240	0,527	76,24	0,0415	0,130	1,60	0,149	0,442
0,241	0,535	76,26	0,0421	0,179*	1,61	0,151	0,464
0,259*	0,550	76,58	0,0426		1,63		0,489
	0,597	76,72			1,64		
					1,67		

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
 laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

| reference value - see Annex 3
 vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
 laboratorní výsledek vyloučen jako odlehly

| $Z_{PT} | > 2$
 Z-scoring see Annex 2
 $| Z_{PT} | > 2$
 Z-scoring viz. Příloha 2

[] laboratory result of the participant having the code below
 laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 12

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 28/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 28/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%Cr	%Al	%Ti	%Ca
0,157*		74,26 74,31	0,0309 0,0345		1,29 1,34		
0,195*		74,35	0,0350		1,40		
0,228	0,413	74,89	0,0358		1,40	0,121	0,373
0,228	0,484	74,96	0,0364	0,114	1,41	0,133	0,419
0,232	0,498	75,38	0,0366	0,116	1,42	0,136	0,423
0,235	0,515	75,41	0,0374	0,122	1,49	0,139	0,436
0,238	0,519	75,52	0,0388	0,128	1,52	0,146	0,442
0,240	0,527	76,24	0,0415	0,130	1,60	0,149	0,442
0,241	0,535	76,26	0,0421	0,179*	1,61	0,151	0,464
0,259*	0,550 0,597	76,58 76,72	0,0426		1,63 1,64 1,67		0,489

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
 laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

| reference value - see Annex 3
 vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
 laboratorní výsledek vyloučen jako odlehly

| $|Z_{PT}| > 2$
 Z-scoring see Annex 2
 | $|Z_{PT}| > 2$
 Z-scoring viz. Příloha 2

 laboratory result of the participant having the code below
 laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 13

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 28/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 28/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%Cr	%Al	%Ti	%Ca
		74,26	0,0309		1,29		
0,157*		74,31	0,0345		1,34		
0,195*		74,35	0,0350		1,40		
0,228	0,413	74,89	0,0358		1,40	0,121	0,373
0,228	0,484	74,96	0,0364	0,114	1,41	0,133	0,419
0,232	0,498	75,38	0,0366	0,116	1,42	0,136	0,423
0,235	0,515	75,41	0,0374	0,122	1,49	0,139	0,436
0,238	0,519	75,52	0,0388	0,128	1,52	0,146	0,442
0,240	0,527	76,24	0,0415	0,130	1,60	0,149	0,442
0,241	0,535	76,26	0,0421	0,179*	1,61	0,151	0,464
0,259*	0,550	76,58	0,0426		1,63		0,489
	0,597	76,72			1,64		
					1,67		

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
 laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

| reference value - see Annex 3
 vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
 laboratorní výsledek vyloučen jako odlehly

| $Z_{PT} > 2$
 Z-scoring see Annex 2
 | $Z_{PT} > 2$
 Z-scoring viz. Příloha 2

[] laboratory result of the participant having the code below
 laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 14