

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S
	79,64		0,185*	
	79,92		0,188*	0,0018
	80,18	0,276	0,200	0,0032
0,821*	80,27	0,282	0,201	0,0045
0,898	80,44	0,283	0,202	0,0048
0,903	80,64	0,321	0,202	0,0050
0,906	80,65	0,353	0,203	0,0052
0,921	80,70	0,422	0,204	0,0053
0,922	80,72	0,435	0,206	0,0063
0,923	81,11	0,486	0,207	0,0064
0,925	81,15	0,488	0,210	0,0068
0,926	81,39	0,523		0,0070
0,927	82,25	0,590		0,0076
0,927	84,52*	0,607		
0,930				
0,944				

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 1

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/9A
Laboratory results
(Position of the participant´s laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S
	79,64		0,185*	
	79,92		0,188*	0,0018
	80,18	0,276	0,200	0,0032
0,821*	80,27	0,282	0,201	0,0045
0,898	80,44	0,283	0,202	0,0048
0,903	80,64	0,321	0,202	0,0050
0,906	80,65	0,353	0,203	0,0052
0,921	80,70	0,422	0,204	0,0053
0,922	80,72	0,435	0,206	0,0063
0,923	81,11	0,486	0,207	0,0064
0,925	81,15	0,488	0,210	0,0068
0,926	81,39	0,523		0,0070
0,927	82,25	0,590		0,0076
0,927	84,52*	0,607		
0,930				
0,944				

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant´s code - Kód účastníka: 2

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S
	79,64		0,185*	
	79,92		0,188*	0,0018
	80,18	0,276	0,200	0,0032
0,821*	80,27	0,282	0,201	0,0045
0,898	80,44	0,283	0,202	0,0048
0,903	80,64	0,321	0,202	0,0050
0,906	80,65	0,353	0,203	0,0052
0,921	80,70	0,422	0,204	0,0053
0,922	80,72	0,435	0,206	0,0063
0,923	81,11	0,486	0,207	0,0064
0,925	81,15	0,488	0,210	0,0068
0,926	81,39	0,523		0,0070
0,927	82,25	0,590		0,0076
0,927	84,52*	0,607		
0,930				
0,944				

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 3

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S
	79,64		0,185*	
	79,92		0,188*	0,0018
	80,18	0,276	0,200	0,0032
0,821*	80,27	0,282	0,201	0,0045
0,898	80,44	0,283	0,202	0,0048
0,903	80,64	0,321	0,202	0,0050
0,906	80,65	0,353	0,203	0,0052
0,921	80,70	0,422	0,204	0,0053
0,922	80,72	0,435	0,206	0,0063
0,923	81,11	0,486	0,207	0,0064
0,925	81,15	0,488	0,210	0,0068
0,926	81,39	0,523		0,0070
0,927	82,25	0,590		0,0076
0,927	84,52*	0,607		
0,930				
0,944				

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 4

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S
	79,64		0,185*	
	79,92		0,188*	0,0018
	80,18	0,276	0,200	0,0032
0,821*	80,27	0,282	0,201	0,0045
0,898	80,44	0,283	0,202	0,0048
0,903	80,64	0,321	0,202	0,0050
0,906	80,65	0,353	0,203	0,0052
0,921	80,70	0,422	0,204	0,0053
0,922	80,72	0,435	0,206	0,0063
0,923	81,11	0,486	0,207	0,0064
0,925	81,15	0,488	0,210	0,0068
0,926	81,39	0,523		0,0070
0,927	82,25	0,590		0,0076
0,927	84,52*	0,607		
0,930				
0,944				

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 5

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S
	79,64		0,185*	
	79,92		0,188*	0,0018
	80,18	0,276	0,200	0,0032
0,821*	80,27	0,282	0,201	0,0045
0,898	80,44	0,283	0,202	0,0048
0,903	80,64	0,321	0,202	0,0050
0,906	80,65	0,353	0,203	0,0052
0,921	80,70	0,422	0,204	0,0053
0,922	80,72	0,435	0,206	0,0063
0,923	81,11	0,486	0,207	0,0064
0,925	81,15	0,488	0,210	0,0068
0,926	81,39	0,523		0,0070
0,927	82,25	0,590		0,0076
0,927	84,52*	0,607		
0,930				
0,944				

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 6

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S
	79,64		0,185*	
	79,92		0,188*	0,0018
	80,18	0,276	0,200	0,0032
0,821*	80,27	0,282	0,201	0,0045
0,898	80,44	0,283	0,202	0,0048
0,903	80,64	0,321	0,202	0,0050
0,906	80,65	0,353	0,203	0,0052
0,921	80,70	0,422	0,204	0,0053
0,922	80,72	0,435	0,206	0,0063
0,923	81,11	0,486	0,207	0,0064
0,925	81,15	0,488	0,210	0,0068
0,926	81,39	0,523		0,0070
0,927	82,25	0,590		0,0076
0,927	84,52*	0,607		
0,930				
0,944				

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 7

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S
	79,64		0,185*	
	79,92		0,188*	0,0018
	80,18	0,276	0,200	0,0032
0,821*	80,27	0,282	0,201	0,0045
0,898	80,44	0,283	0,202	0,0048
0,903	80,64	0,321	0,202	0,0050
0,906	80,65	0,353	0,203	0,0052
0,921	80,70	0,422	0,204	0,0053
0,922	80,72	0,435	0,206	0,0063
0,923	81,11	0,486	0,207	0,0064
0,925	81,15	0,488	0,210	0,0068
0,926	81,39	0,523		0,0070
0,927	82,25	0,590		0,0076
0,927	84,52*	0,607		
0,930				
0,944				

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 8

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S
	79,64		0,185*	
	79,92		0,188*	0,0018
	80,18	0,276	0,200	0,0032
0,821*	80,27	0,282	0,201	0,0045
0,898	80,44	0,283	0,202	0,0048
0,903	80,64	0,321	0,202	0,0050
0,906	80,65	0,353	0,203	0,0052
0,921	80,70	0,422	0,204	0,0053
0,922	80,72	0,435	0,206	0,0063
0,923	81,11	0,486	0,207	0,0064
0,925	81,15	0,488	0,210	0,0068
0,926	81,39	0,523		0,0070
0,927	82,25	0,590		0,0076
0,927	84,52*	0,607		
0,930				
0,944				

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 9

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S
	79,64		0,185*	
	79,92		0,188*	0,0018
	80,18	0,276	0,200	0,0032
0,821*	80,27	0,282	0,201	0,0045
0,898	80,44	0,283	0,202	0,0048
0,903	80,64	0,321	0,202	0,0050
0,906	80,65	0,353	0,203	0,0052
0,921	80,70	0,422	0,204	0,0053
0,922	80,72	0,435	0,206	0,0063
0,923	81,11	0,486	0,207	0,0064
0,925	81,15	0,488	0,210	0,0068
0,926	81,39	0,523		0,0070
0,927	82,25	0,590		0,0076
0,927	84,52*	0,607		
0,930				
0,944				

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 10

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S
	79,64		0,185*	
	79,92		0,188*	0,0018
	80,18	0,276	0,200	0,0032
0,821*	80,27	0,282	0,201	0,0045
0,898	80,44	0,283	0,202	0,0048
0,903	80,64	0,321	0,202	0,0050
0,906	80,65	0,353	0,203	0,0052
0,921	80,70	0,422	0,204	0,0053
0,922	80,72	0,435	0,206	0,0063
0,923	81,11	0,486	0,207	0,0064
0,925	81,15	0,488	0,210	0,0068
0,926	81,39	0,523		0,0070
0,927	82,25	0,590		0,0076
0,927	84,52*	0,607		
0,930				
0,944				

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 11

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S
	79,64		0,185*	
	79,92		0,188*	0,0018
	80,18	0,276	0,200	0,0032
0,821*	80,27	0,282	0,201	0,0045
0,898	80,44	0,283	0,202	0,0048
0,903	80,64	0,321	0,202	0,0050
0,906	80,65	0,353	0,203	0,0052
0,921	80,70	0,422	0,204	0,0053
0,922	80,72	0,435	0,206	0,0063
0,923	81,11	0,486	0,207	0,0064
0,925	81,15	0,488	0,210	0,0068
0,926	81,39	0,523		0,0070
0,927	82,25	0,590		0,0076
0,927	84,52*	0,607		
0,930				
0,944				

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 12

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S
	79,64		0,185*	
	79,92		0,188*	0,0018
	80,18	0,276	0,200	0,0032
0,821*	80,27	0,282	0,201	0,0045
0,898	80,44	0,283	0,202	0,0048
0,903	80,64	0,321	0,202	0,0050
0,906	80,65	0,353	0,203	0,0052
0,921	80,70	0,422	0,204	0,0053
0,922	80,72	0,435	0,206	0,0063
0,923	81,11	0,486	0,207	0,0064
0,925	81,15	0,488	0,210	0,0068
0,926	81,39	0,523		0,0070
0,927	82,25	0,590		0,0076
0,927	84,52*	0,607		
0,930				
0,944				

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 13

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S
	79,64		0,185*	
	79,92		0,188*	0,0018
	80,18	0,276	0,200	0,0032
0,821*	80,27	0,282	0,201	0,0045
0,898	80,44	0,283	0,202	0,0048
0,903	80,64	0,321	0,202	0,0050
0,906	80,65	0,353	0,203	0,0052
0,921	80,70	0,422	0,204	0,0053
0,922	80,72	0,435	0,206	0,0063
0,923	81,11	0,486	0,207	0,0064
0,925	81,15	0,488	0,210	0,0068
0,926	81,39	0,523		0,0070
0,927	82,25	0,590		0,0076
0,927	84,52*	0,607		
0,930				
0,944				

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 14

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S
	79,64		0,185*	
	79,92		0,188*	0,0018
	80,18	0,276	0,200	0,0032
0,821*	80,27	0,282	0,201	0,0045
0,898	80,44	0,283	0,202	0,0048
0,903	80,64	0,321	0,202	0,0050
0,906	80,65	0,353	0,203	0,0052
0,921	80,70	0,422	0,204	0,0053
0,922	80,72	0,435	0,206	0,0063
0,923	81,11	0,486	0,207	0,0064
0,925	81,15	0,488	0,210	0,0068
0,926	81,39	0,523		0,0070
0,927	82,25	0,590		0,0076
0,927	84,52*	0,607		
0,930				
0,944				

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 15

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/9A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/9A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S
	79,64		0,185*	
	79,92		0,188*	0,0018
	80,18	0,276	0,200	0,0032
0,821*	80,27	0,282	0,201	0,0045
0,898	80,44	0,283	0,202	0,0048
0,903	80,64	0,321	0,202	0,0050
0,906	80,65	0,353	0,203	0,0052
0,921	80,70	0,422	0,204	0,0053
0,922	80,72	0,435	0,206	0,0063
0,923	81,11	0,486	0,207	0,0064
0,925	81,15	0,488	0,210	0,0068
0,926	81,39	0,523		0,0070
0,927	82,25	0,590		0,0076
0,927	84,52*	0,607		
0,930				
0,944				

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_{PT}| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 16